

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司沙吴路№TJ1合同段工地试验室	1-1	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	土工室电热恒温干燥箱未按要求放置竹节温度计。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司沙吴路№TJ1合同段工地试验室	1-2	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	钢筋留样样品未贴留样标识	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司沙吴路№TJ1合同段工地试验室	1-3	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	粗集料静水天平仪器使用记录未更新。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部一分部	1-4	都巴路发（2020）147号	2020.9.17	混凝土抗压试模自校检后周期检定计划台账更新不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部	1-5	都巴路发（2020）147号	2020.9.17	混凝土抗压试模自校检后周期检定计划台账更新不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部三分部	1-6	都巴路发（2020）147号	2020.9.17	水泥留样台账登记不规范	JJC201016	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3分

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）二分部工地试验室	1-7	象来路合发（2020）16号	2020.9.23	试验检测仪器设备档案管理不够规范，灌砂筒无出入库记录。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）三分部工地试验室	1-8	象来路合发（2020）16号	2020.9.23	压实度台帐信息未按要求记录。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№1标工地试验室	1-9	钦北改扩建发（2020）176号	2020.9.23	9月26日入库的砼试件未及时登记台帐	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No1标项目经理部一分部工地试验室	1-10	质量整改第8号	2020.9.15	细集料试验检测报告编号为：BG-202008-XJL-1-1-016的报告漏盖试验室公章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No1标项目经理部二分部工地试验室	1-11	质量整改第10号	2020.9.12	钢筋机械连接接头试验原始记录检测人员漏盖检测章	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No1标项目经理部三分部工地试验室	1-12	质量整改第12号	2020.9.12	外检室设备编号为LDGS-01-120.30m钢卷尺未按规定检定校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包№1标项目经理部四分部工地试验室	1-13	质量整改第13号	2020.9.12	试验检测原始记录信息不全	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西交建工程检测咨询有限公司	广西交建工程检测咨询有限公司广西壮族自治区松旺至铁山港东岸公路工程工地试验室	1-14	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	沥青砼室抽风排放不满足技术标准及职业健康要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）设计施工总承包项目经理部五分部	2-1	都巴路发（2020）147号	2020.9.17	水泥留样台账登记不规范	JJC201016	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要	扣3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司沙吴路№TJ2合同段工地试验室	2-2	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	仪器设备领用登记表更新不及时。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司沙吴路№TJ2合同段工地试验室	2-3	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	集料室烘箱未放置温度计。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司沙吴路№TJ2合同段工地试验室	2-4	邕洲发〔2020〕239号	2020.10.8	留样室焊接钢筋样品留样到期未及时进行处理。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西长长路桥建设有限公司	广西长长路桥建设有限公司蒙山至金田公路（蒙山至平南大鹏段）土建工程№2标段工地试验室	2-5	蒙金办发〔2020〕35号	2020.9.28	试验室台账更新不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西交科工程咨询有限公司		3-1	桂交监检测函〔2020〕23号	2020.9	沥青混合料稳定度仪与真空理论最大密度仪设备摆放不合理，存在试验相互干扰相互影响情况	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西交科工程咨询有限公司		3-2	桂交监检测函〔2020〕23号	2020.9	交通安全设施试验报告结论表述不准确（不应对总体进行评定、评价）	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司桂林至柳城高速公路№I总监办工地试验室	3-3	桂龙发〔2020〕102号	2020.7.3	水泥养护箱湿度为88%，不符合规范要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/项	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL3总监理工程师办公室工地试验室	3-4	质量整改第16号	2020.9.12	标准养护室相对湿度不满足技术标准规定要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西交科工程咨询有限公司	广西交科工程咨询有限公司浦北石埭至钦州公路№J-1总监办工地试验室	3-5	桂交监检测函〔2020〕20号	2020.8	检测原始记录信息及数据记录不全（如使用设备、温度等）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	6

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司桂林至柳州高速公路第IV总监理工程师办公室工地试验室	4-1	桂龙发〔2020〕102号	2020.7.3	钢筋保护层检测报告中存在判断依据引用错误情况。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司田林至西林（滇桂界）高速公路第二总监理工程师办公室工程试验室	4-2	葛田西中试[2020]10号	2020.09	养护间温湿度达不到要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司广西荔浦至玉林公路施工监理服务第九总监办工地试验室	4-3	桂交监检测函（2020）9号	2020.4.1	没有提交外委试验台账	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司防城港渔漓港区第四作业区401泊位工程监理部工地试验室	4-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验室人员实际工作中不满足备案要求，不具备签字资格。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	6
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司防城港钢铁基地项目专用码头工程202号、203号、208号、209号泊位（企沙港区赤沙作业区11号、12号、17号、18号泊位）监理部工地试验室	4-5	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	混凝土抗压报告中未填报压力机等相关信息。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西八桂工程监理咨询有限公司	广西八桂工程监理咨询有限公司广西壮族自治区松旺至铁山港东岸高速公路№JL总监理工程师办公室	4-6	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	沥青砼室抽风排放不满足技术标准及职业健康要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司桂林至柳州高速公路№1项目经理部工地试验室	5-1	桂龙发（2020）102号	2020.7.3	路基路面压实度检测报告中存在试验依据引用过期规范情况。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№8分部工地试验室	5-2	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验员康洪不在备案及变更名单上。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员。	扣5分/试验检测师•次、3分/助理试验检测师•次	3
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№8分部工地试验室	5-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	机制砂不合格报告且未上报。	JJC202012	未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告	扣10分/次	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№7分部工地试验室	5-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	粗集料不合格报告且未上报。	JJC202012	未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告	扣10分/次	10
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	中交一公局土木工程建筑研究院有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№9分部工地试验室	5-5	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验员周友不在备案及变更名单上。	JJC202007	未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员。	扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次	3
甘肃信尔达工程检验检测有限公司	甘肃信尔达工程检验检测有限公司桂林至柳城高速公路№3项目经理部工地试验室	6-1	桂龙发（2020）102号	2020.7.3	部分钢筋保护层检测报告试验依据空白。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要	扣3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
甘肃信尔达工程试验检测有限公司	甘肃信尔达工程试验检测有限公司桂林至柳城高速公路№4项目经理部工地试验室	6-2	桂龙发〔2020〕102号	2020.7.3	钢筋保护层检测报告中存在引用过期规范的情况。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
甘肃信尔达工程试验检测有限公司	甘肃信尔达工程试验检测有限公司桂林至柳城高速公路路面工程项目经理部工地试验室	6-3	桂龙发〔2020〕102号	2020.7.3	报告编号为LM-3-BG-2019-DCHTJ-0001的报告（2019年12月28日）中试验依据引用规范为JTG 3450-2019，而本规范2020年4月1日方可实施。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№1合同段项目经理部工地试验室	7-1	宜龙路建办发〔2020〕18号	2020.9.23	仪器使用记录不全（触探仪、压力试验机、弯沉仪、回弹仪）	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№1合同段项目经理部工地试验室	7-2	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	试验室未设待检区及已检区。	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№3合同段项目经理部工地试验室	7-3	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	试验室未设待检区及已检区。	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№5合同段项目经理部工地试验室	7-4	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	仪器使用记录不全（触探仪、压力试验机、弯沉仪、回弹仪）	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西智达工程咨询有限公司	广西智达工程咨询有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№5合同段项目经理部工地试验室	7-5	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	养护室无空调	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司	云南阳光钜红工程试验检测有限责任公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№2合同段工地试验室	8-1	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	试验室未设待检区及已检区。	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
南宁市桂鹏工程检测有限公司	南宁市桂鹏工程检测有限公司省道S305宜州经北牙至龙头公路№4合同段工地试验室	9-1	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	土方填筑92区第二层压实度试验原始记录漏盖章。	JJC202013	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路№6标段项目经理部工地试验室	10-1	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	养护室无空调	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路№6标段项目经理部工地试验室	10-2	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	仪器使用记录不全（触探仪、压力试验机、弯沉仪、回弹仪）	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心省道S305宜州经北牙至龙头公路№7标段项目经理部工地试验室	10-3	宜龙路建办发（2020）18号	2020.9.23	仪器使用记录不全（触探仪、压力试验机、弯沉仪、回弹仪）	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2合同段工地试验室	10-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥抗折试验机不满足规定要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包№2标工地试验室	11-1	钦北改扩建发（2020）176号	2020.9.23	部分水泥样品未按时废弃处理，水泥胶砂试件无样品编号及分组标识。	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司G243龙州至凭祥公路工程№1标段工地试验室	11-2	龙凭咨发（2020）6号	2020.9.29	混凝土标准养护室湿度达不到95%。	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司国道G356蒙山至金秀公路№2标工地试验室	11-3	蒙秀办发〔2020〕54号	2020.10.14	试验台账、仪器试用记录台账未及时更新	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程的设计施工总承包项目经理部二分部工地试验室	11-4	蒙象路合发〔2020〕36号	2020.9.16	试验室不合格台帐未及时更新	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程的设计施工总承包项目经理部一分部工地试验室	11-5	蒙象路合发〔2020〕39号	2020.9.17	压实度检测台帐更新不及时，8、9月份的试验检测资料尚未录入台帐	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程设计施工总承包项目经理部二分部工地试验室	11-6	蒙象路合发（2020）39号	2020.9.17	不合格台帐记录更新不够及时。只有5月份1份不合格记录，6、7月份的两份不合格材料处理记录尚未在台帐登记。	JJC202020	检验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No2标一分部项目经理部工地试验室	11-7	质量整改第15号	2020.9.12	水泥比表面积室分析天平未使用干燥剂，不满足技术标准要求	JJC202009	检验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No2标二分部项目经理部工地试验室	11-8	质量整改第14号	2020.9.12	检验检测设备砵回弹仪(zc3-A)未按照规定检定校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的。	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No2标项目经理部三分部工地试验室	11-9	质量整改第18号	2020.9.12	水泥混凝土抗压试验试验检测记录表盖章未齐全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/处	3
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包No2标项目经理部四分部工地试验室	11-10	质量整改第19号	2020.9.12	试验检测环境达不到技术标准规定要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包No2标工地试验室	11-11	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	2-4分部报告有代签名。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包№2标工地试验室	11-12	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	部分自校设备过期未校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西路桥工程集团有限公司	广西路桥工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山路段）№1标段（一分部）工地试验室	11-13	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	沥青砼室抽风排放不满足职业健康要求及技术标准要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西驿通工程咨询有限公司	广西驿通工程咨询有限公司G243龙州至凭祥公路工程№1合同段总监理工程师工地试验室	12-1	龙凭咨发（2020）6号	2020.9.29	钢筋、水泥试验台账未及时更新。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂发交通工程咨询有限公司	广西桂发交通工程咨询有限公司国道G355蒙山至金秀公路№1标段工地试验室	13-1	蒙秀办发〔2020〕54号	2020.10.14	养护室温湿度不符合要求	JJC202011	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	2分/处	2
广西桂中工程咨询有限公司		14-1	桂交监检测函〔2020〕23号	2020.9	1.回弹仪、钢直尺、钢卷尺没有送检； 2.沥青延伸度仪未对10度和15度温度值进行校准； 3.燃烧法沥青含量测定仪未对称量系统进行校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	10
广西桂中工程咨询有限公司		14-2	桂交监检测函〔2020〕23号	2020.9	未对“南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程总监理工程师办公室工地试验室”进行有效监管，未做到一室一档，日常检查和管理资料没有闭合	JJC201007	未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的	扣10分/个	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司国道G357蒙山至金秀公路№J-1总监理工程师办公室工地试验室	14-3	蒙秀办发〔2020〕54号	2020.10.14	监理抽检试件没有明显标注和标签	JJC202019	试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的	扣5分/项	5
广西桂中工程咨询有限公司	广西桂中工程咨询有限公司南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程总监办工地试验室	14-4	钦州公司工发〔2020〕110号	2020.9.10	试验仪器设备的维修和保养台账更新不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司田林至西林（滇桂界）高速公路JL4总监办工地试验室	15-1	葛田西中试〔2020〕10号	2020.09	原材料取样不及时且频率不足，如钢筋原材料等。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司广西田林至西林（滇桂界）高速公路第五总监监理工程师办公室工程试验室	16-1	葛田西中试[2020]10号	2020.09	集料室含泥量和泥块含量试验桶配备不足，混凝土室玻璃器皿未校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№4总监监理工程师办公室工地试验室	16-2	质量整改第17号	2020.9.15	水泥混凝土抗压试验试验检测记录表未盖试验公章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/处	3
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司广西荔浦至玉林公路施工监理服务第四总监办工地试验室	16-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	设备自校采用未经过评审和确认的自校规程，不标明采用的计量标准器具是否在有效期内等。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司信都至梧州高速公路二期工程总监理工程师办公室工地试验室	16-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	设备自校采用未经过评审和确认的自校规程，不标明采用的计量标准器具是否在有效期内等。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司浦北石埭至钦州公路NeJ-2总监理工程师办公室工地试验室	16-5	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥检测参数不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西桂通工程咨询有限公司	广西桂通工程咨询有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程NeJL2总监理工程师办公室工地试验室	16-6	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	沥青砼室抽风排放不满足职业健康及技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司田西高速公路二部工地试验室	17-1	葛田西中试[2020]10号	2020.09	未配置备用电源	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司田西高速公路四部工地试验室	17-2	葛田西中试[2020]10号	2020.09	钢筋机械连接接头、焊接接头检测频率不足	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司	湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限公司田西高速公路五部工地试验室	17-3	葛田西中试[2020]10号	2020.09	BG-2020-YSD-S5-C0285报告有代签现象	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	扣2分/处，单次扣分不超过10分	2

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西水电科学研究院有限公司		18-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沸煮箱未安装排气装置； 2. 闪点试验不便于操作，遮光板不符合要求	JJC201015	检验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8
广西水电科学研究院有限公司		18-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 道路工程路面厚度试验报告信息不完整（缺平均值、代表值等）； 2. 岩石试验报告表头信息不全（缺样品描述、用途等）	JJC201016	检验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	6
广西水电科学研究院有限公司		18-3	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	岩石试验报告未下结论，也未有客户要求说明	JJC201020	检验检测结论表述不正确的	5分/份	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西水电科学研究院有限公司	广西水电科学研究院有限公司田西高速公路六部工地试验室	18-4	葛田西中试[2020]10号	2020.09	BG-2020-YSD-S6-L4-0022压实度试验报告与台账桩号不一致	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
长沙中核工程监理咨询有限公司	长沙中核工程监理咨询有限公司贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1总监办工地试验室	19-1	质量整改第7号	2020.9.12	水泥净浆标准稠度用水量检测时，未开启空调，水泥室试验检测环境达不到技术要求 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
长沙中核工程监理咨询有限公司	长沙中核工程监理咨询有限公司广西荔浦至玉林公路施工监理服务第六总监办工地试验室	19-2	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	不合格砼未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告。	JJC202012	未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告	扣10分/次	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
长沙中核工程监理咨询有限公司	长沙中核工程监理咨询有限公司 广西荔浦至玉林高速公路项目路面№7分部工地 试验室	19-3	桂交监检测函（ 2020）20号	2020.8	沥青混和料室抽风排放不满足技术标准、 标准化指南及职业健康要求。	JJC202009	试验检测环境达不到 技术标准规定要求的	扣2分/ 台，单次 扣分不超过20分	2
长沙中核工程监理咨询有限公司	长沙中核工程监理咨询有限公司 广西荔浦至玉林高速公路项目路面№7分部工地 试验室	19-4	桂交监检测函（ 2020）20号	2020.8	部分水泥报告缺少3 天、28天强度。	JJC202011	试验检测原始记录信 息及数据记录不全， 结论不准确，试验检 测报告不完整(含漏 签、漏盖及错盖 章)，试验检测频率 不满足规范或合同要 求	扣3分/类	3
长沙中核工程监理咨询有限公司	长沙中核工程监理咨询有限公司 广西荔浦至玉林高速公路项目路面№7分部工地 试验室	19-5	桂交监检测函（ 2020）20号	2020.8	检测主任陈建平未注 册在母体。	JJC202005	授权负责人不是母体 机构派出人员或长期 不在岗的	扣10分	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
重庆交院和瑞工程检测技术有限公司	重庆交院和瑞工程检测技术有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№2总监理工程师办公室工地试验室	20-1	质量整改第11号	2020.9.12	水泥比表面积室相对湿度不满足技术标准要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
陕西卓信工程检测有限公司	陕西卓信工程检测有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包№3标段项目经理部工地试验室	21-1	质量整改第9号	2020.9.16	水泥比表面积室相对湿度不满足技术标准要求	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西双建工程咨询有限公司	广西双建工程咨询有限公司广西荔浦至玉林公路施工监理服务第八总监办工地试验室	22-1	桂交监检测函（2020）9号	2020.4.1	试验室2020年2月28日后的温度未记录，温度记录不及时	JJC202020	试验检测档案管理不规范	扣5分/项	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
四川智通路桥工程技术有限公司	四川智通路桥工程技术有限公司浦北石埭至钦州公路№3标段项目经理部工地试验室	23-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥室、标养室等5处检测环境达不到技术标准规定要求的。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	10
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3项目经理部工地试验室	24-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥室、标养室等5处检测环境达不到技术标准规定要求的。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	10
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4项目经理部工地试验室	24-2	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥室、标养室等2处检测环境达不到技术标准规定要求的。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西新纵诚工程科技有限公司	广西新纵诚工程科技有限公司 S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4项目经理部工地试验室	24-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥抗折试验机不满足规定要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西诚达工程质量检测有限公司		25-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	砂浆搅拌机摆放位置不合理	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西诚达工程质量检测有限公司		25-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	编号：BG-LY2020-0001检测报告结论表述不正确	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	25-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥室、标养室等2处检测环境达不到技术标准规定要求的。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	25-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥抗折试验机不满足规定要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段工程项目经理部工地试验室	25-5	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验检测人员谢海彬不到岗，名字代签。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司苍梧梨埠至昭平马江公路工程№J-1总监理工程师办公室	25-6	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验检测原始记录对采用设备、环境情况等信息及数据记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3
广西诚达工程质量检测有限公司	广西诚达工程质量检测有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№21分部工地试验室	25-7	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	粗集料不合格报告且未上报。	JJC202012	未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告	扣10分/次	10
中交一公局第一工程有限公司北京试验检测分公司	中交一公局第一工程有限公司北京试验检测分公司广西荔浦至玉林公路广西荔浦至玉林高速公路LM2分部	26-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	沥青砼室抽风排放不满足技术标准要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
育才-布朗交通咨询监理有限公司	育才-布朗交通咨询监理有限公司广西荔浦至玉林公路施工监理服务第三总监办工地试验室	27-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	水泥砼路面水泥28天抗折强度参数不符合规范要求，结论合格。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。	扣3分/类	3
广西交航工程技术有限公司	广西交航工程技术有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№14分部工地试验室	28-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	个别试验检测环境达不到技术标准规定要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
江西恒路建工程检测有限公司	江西恒路建工程检测有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№4分部工地试验室	30-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验人员没有按资格分工开展检测工作，存在报告签字人不具备资格的情况。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司G358平南大安至镇隆公路工程总监办工地试验室	31-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	林汉波无资格做钢筋、水泥等原材料试验。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	10
广西明道工程咨询有限公司	广西明道工程咨询有限公司G358平南大安至镇隆公路工程总监办工地试验室	31-2	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	记录表无设备使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	9
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	中交四航局第三工程有限公司防城港渔湾港区第四作业区401号泊位工程（水工建筑物及水域部分）工地试验室	32-1	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	标段试验室布置不合理，水泥室、力学室同一地方，设备相互影响，分区不明确，不满足备案要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	6

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	中交四航局第三工程有限公司试验检测中心防城港渔漓港区第四作业区401号泊位工程（水工建筑物及水域部分）工地试验室	32-2	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	试验报告有代签现象（黄炜）。	JJC202010	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。	扣2分/份，单次扣分不超过10分	2
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	中交四航局第三工程有限公司试验检测中心防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位企沙港区赤沙作业区5号泊位项目部工地试验室	32-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	标段水泥检验报告参数缺少（比表面积）。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中交四航局第三工程有限公司试验检测中心	中交四航局第三工程有限公司试验检测中心西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标工地试验室	32-4	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	标养室、留样室温度达不到技术标准要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4
中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司	中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司广西荔浦至玉林高速公路项目土建№16分部工地试验室	33-3	桂交监检测函（2020）20号	2020.8	不合格报告（16-BY-201812-CJL-003）与合格报告编号一致。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
百色明德工程检测有限公司		34-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 编号为BSMDBG-2020-GJJ-001的《钢筋原材试验检测报告》中报告签字人“周剑”非机构授权签字人； 2. 报告编号为BSMDBG-2020-TYH-001的《硬化后水泥混凝土试验检测报告》中报告签字人“周剑”非机构授权签字人	JJC201009	报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的	扣2分/份、单次扣分不超过10分	4
百色明德工程检测有限公司		34-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
百色明德工程检测有限公司		34-3	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	记录编号为BSMDJL-2020-TGJ-0002的《土的界限含水率试验检测记录表》中，液限、塑限两参数无单位，无锥入深度与含水率（h-w）关系图	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
百色明德工程检测有限公司		34-4	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	记录编号为BSMDJL-2020-GJJ-001的《钢筋原材重量偏差试验检测记录表》中所用标准GB 1499.2-2007已作废，由GB/T 1499.2-2018取代	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5
百色市公路发展中心		35-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
百色市公路发展中心		35-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	报告编号为BG-2020-LQL-003的《沥青混合料试验检测报告》结论表述不正确	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5
百色市公路发展中心		35-3	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	试验日期为2020-05-29的《钢筋原材试验检测记录表》中的采用的标准GB 1499.2-2007已作废，由GB/T 1499.2-2018取代	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5
广西公路检测有限公司		36-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	仪器设备编号为GLA-139的沥青针入度试验器，温度校准范围不满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011的要求	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西公路检测有限公司		36-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	记录编号为JL-2020-DCJ-0004-2的《粗集料塑性指数试验检测记录表》中，液限、塑限两参数无单位	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西交通技师学院		37-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10
广西交通技师学院		37-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	编号为BG-2020-DJJ-003的《平果县堆圩桥危桥重建工程》报告采用的标准“《建筑基桩检测技术规范（附条文说明）》JGJ 106-2003”已作废，应由《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014取代	JJC201021	试验检测记录报告使用标准不正确的	5分/类	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西祥宏交通工程咨询有限公司		38-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10
广西祥宏交通工程咨询有限公司		38-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	回弹仪未按规定进行校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		39-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沥青针入度仪无温度控制装置，不满足标准规范要求； 2. 钢筋试验用万能试验机不满足等级标准要求（不是伺服试验机）	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	20

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		39-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	编号为JZ-11-008-1的回弹仪未按规定检定校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西桂昌工程咨询有限公司		40-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 水泥胶砂振实台安装不符合规范要求； 2. 沥青混合料离心式抽提仪安装存在安全隐患	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8
广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司		41-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	样品室、留样室缺环境保护设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司		42-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	沥青延伸度仪没有按要求校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西世诚工程检测有限公司		43-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	记录编号： JLXCJJb2020-00010 压实度含水率两次试验的差值超出规范要求	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西恒诚工程质量检测有限公司		44-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	万能试验机非伺服	JJC201013	评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求	必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台	10

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西恒诚工程质量检测有限公司		44-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	水泥比表面积仪未送检	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西恒诚工程质量检测有限公司		44-3	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	压实度检测报告编号：BG-XCJS-2000081记录的信息不全	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
柳州铁路工程质量检测中心有限公司		45-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	钢筋弯曲试验机没有送检；沥青延伸度仪没有按要求校准	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	4

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
柳州铁路工程质量检测中心有限公司		45-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	水泥胶砂振实台安装不符合规范要求	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
贵港市科达工程质量检测有限公司		46-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沥青室试验环境不符合要求，制热设备与恒温设备存在试验相互干扰相互影响情况； 2. 力学室无温控设施，2000型压力试验机未安装防护网； 3. 比表面积仪试验环境不符合要求，缺除湿机	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	12

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
贵港市科达工程质量检测有限公司		46-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 试验委托单检测项目及参数未明确； 2. 试验报告表头信息不全，缺判定依据，设备名称未填写	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	6
广西律德工程检测有限公司		47-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	回弹仪未按规定进行检定	JJC201014	试验检测设备未按规定检定校准的	扣2分/台，单次扣分不超过20分	2
广西律德工程检测有限公司		47-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沥青室试验环境不符合要求，制热设备与恒温设备存在试验相互干扰相互影响情况； 2. 沸煮箱未设置排气设施	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西致铨工程检测咨询有限公司		48-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沥青室试验环境不符合要求； 2. 制热设备与恒温设备存在试验相互干扰相互影响情况	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西致铨工程检测咨询有限公司		48-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	试验报告格式不统一，表头信息不全； 试验报告没有盖章（资质章、检验检测专用章）	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3
广西致铨工程检测咨询有限公司		48-3	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	集料试验报告结论不准确	JJC201020	试验检测结论表述不正确的	5分/份	5

2020年第三季度（第二批）检验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司		49-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 砂当量试验仪安装不符合规范要求； 2. 沥青室试验环境不符合要求，制热设备与恒温设备存在试验相互干扰相互影响情况	JJC201015	检验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8
广西正高工程技术有限公司		50-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	部分危险化学品放置不符合要求且无标签，如煤油等	JJC201015	检验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	4
广西正高工程技术有限公司		50-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	交通安全设施试验报告结论表述不准确（不应对总体进行评价）	JJC201020	检验检测结论表述不正确的	5分/份	5

2020年第三季度（第二批）试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司		51-1	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	1. 沸煮箱未安装排气装置； 2. 沥青室试验环境不符合要求，制热、制冷设备与恒温设备存在试验相互干扰相互影响情况	JJC201015	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣4分/处，单次扣分不超过20分	8
广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司		51-2	桂交监检测函（2020）23号	2020.9	试验检测报告漏盖等级章（综合丙级资质章）	JJC201016	试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的	扣3分/类，单次扣分不超过15分	3